

Bauskā,

2015.gada 18. maijā

SIA „Bauskas slimnīca”, kas darbojas uz statūtu pamata, tās valdes locekles Mirdzas Brazovskas personā, turpmāk šajā līgumā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

Siemens Osakeyhtio, Healthcare, uzņēmējdarbības identifikācijas kods 0113901-2, juridiskā adrese Somija, FI-02600, Espoo, Tarvonsalmenkatu 19, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2009. gada 01. septembrī, ierakstīta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2009. gada 01. septembrī ar vienoto reģistrācijas Nr. 40103246186 un juridisko adresi Latvija, Mārupes novads, Lidosta „Rīga”, Biroju iela 10, LV-2167, tās pilnvaroto personu Maijas Baumanes un Gundara Ziemeņa personās, kas rīkojas saskaņā ar pilnvarojumu, turpmāk šajā līgumā saukts Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses, pamatojoties uz Iepirkuma „Datortomogrāfijas iekārtas SOMATOM EMOTION 6 modernizēšana.”, identifikācijas Nr. BS 2015/1, rezultātiem izsakot to šādā redakcijā:

## 1. Līguma priekšmets, tā vērtība.

### 1.1. Līguma priekšmets ir:

Nr.	Iekārtas nosaukums, modelis	Ražotāja nosaukums	Summa EUR bez PVN
1.	Datortomogrāfijas iekārtas uzlabojumi	SIEMENS	111 500.00
2.	Datortomogrāfijas iekārtas RTG spuldze	SIEMENS	62 000.00
<b>KOPĀ:</b>			173 500.00
<b>PVN 21%:</b>			36 435.00
<b>Pavisam kopā ar PVN:</b>			209 935.00

- 1.2. (turpmāk – Prece), atbilstoši 1.pielikumā noteiktajai tehniskajai specifikācijai. Preces cena sevī ietver piegādes, uzstādīšanas un Pasūtītāja darbinieku apmācības darbam ar Preci, izmaksas, kā arī visus nodokļus, nodevu un citus maksājumus uz piegādes brīdi.
- 1.3. Piegādājamās Preces cena ieskaitot visus normatīvajos aktos paredzētos maksājumus ir 209935.00 EUR, (Divi simti deviņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci EUR 00 centi), tai skaitā 21% PVN 36435.00 EUR, (Trīsdesmit seši tūkstoši četri simti trīsdesmit pieci EUR 00 centi), kas saskan ar iepirkuma „Datortomogrāfijas iekārtas SOMATOM EMOTION 6 modernizēšana”, identifikācijas Nr. BS 2015/1, nosaukto cenu.
- 1.4. Piegādātās preces garantijas termiņš no nodošanas ekspluatācijā ir 24 (divdesmit četri) mēneši.
- 1.5. Prece ir jāpiegādā SIA „Bauskas slimnīca” pēc adreses: Dārza ielā 7/2, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.

## 2. Preču kvalitāte.

- 2.1. Piegādātās Preces kvalitātei ir jāatbilst izgatavotājrūpnīcas noteikumiem.
- 2.2. Par piegādātās Preces labvēlību un kvalitātes atbilstību atbild Piegādātājs.
- 2.3. Par Preces kvalitātes zudumiem, kuri radušies pēc Preces nodošanas Pasūtītājam, atbild Pasūtītājs.
- 2.4. Pieņemot piegādāto Preci, Pasūtītājam ir jāpārbauda piegādātās Preces atbilstība pasūtījumam un pavadzīmei – rēķinam ir jāizdara atzīmes par Preces pieņemšanu uz viena no Preču pavadzīmes – rēķina eksemplāriem, kurš tiek atdots Piegādātājam. Ar šo brīdi Pasūtītājam pāriet valdījuma tiesības un Preču nejaušas bojāejas vai bojāšanās risks.
- 2.5. Preču pavadzīmē - rēķinā iekļauj tikai tās preces, kas ir piegādātas uz šī līguma pamata un

pavardzīmē obligāti jābūt uzrādītam šī līguma numuram.

- 2.6. Ja pieņemot Preci Pasūtītājs atklāj iztrūkumu, bojājumus, neatbilstību kvalitātei vai cita veida neatbilstību šī Līguma nosacījumiem un/vai pavardzīmēm, Pasūtītājs un Piegādātāja pilnvarots pārstāvis sagatavo atbilstības aktu.
- 2.7. Piegādātāja pienākums ir 24 stundu laikā nosūtīt pārstāvi apstākļu noskaidrošanai vai arī paziņot Pasūtītājam par pretenzijas atzīšanu un ja Prece ir bojāta, dod norādījumus par rīcību un bojāto Preci.
- 2.8. Kvalitātei neatbilstīgu Preci Pasūtītājs var pieņemt glabāšanā, līdz tā vai tās defektētā daļa tiek apmainīta pret kvalitatīvu. Šajā gadījumā Piegādātājs sedz izdevumus, kas saistīti ar nekvalitatīvas Preces atgriešanu vai apmaiņu.
- 2.9. Pasūtītāja pretenzijas par Preču kvalitāti, kuras radušās pēc Preču pieņemšanas, un kuras nav izskaidrojamas ar Preču glabāšanas vai lietošanas tehnoloģijas kļūdām, Piegādātājs pieņem tikai gadījumos, ja tiek iesniegts kompetents, neatkarīgu ekspertu slēdziens.

### **3. Pušu saistības.**

#### **3.1. Piegādātāja saistības.**

- 3.1.1. Veikt Preces piegādi 14 (četrpadsmit) kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas.
- 3.1.2. Veikt Preces piegādi SIA „Bauskas slimnīca”, Dārza ielā 7/2, Bauska, Bauskas novads.
- 3.1.3. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādātās Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
- 3.1.4. Nodot Preci Pasūtītājam ar Līguma 2.pielikumā pievienoto aktu par medicīnas iekārtas pieņemšanu – nodošanu ekspluatācijā.
- 3.1.5. Nodrošināt Līguma 1.pielikuma prasības.
- 3.1.6. Nodrošināt medicīniskās iekārtas tehnisko apkalpošanu un remontus noteiktajā garantijas laikā.
- 3.1.7. Pēc noteiktā garantijas laika ir jāslēdz jauns līgums par iekārtas apkalpošanu.
- 3.1.8. Atbildīgā kontaktpersona šā līguma ietvaros no Piegādātāja puses ir Jānis Apinis, tālr.: 29128922.

#### **3.2. Pasūtītāja saistības:**

- 3.2.1. Veikt Piegādātāja Preču lietošanas un glabāšanas prasību izpildi.
- 3.2.2. Kontaktpersonas šī līguma ietvaros no Pasūtītāja puses ir **Sandra Drozdovska**, tālr. 63924696 un **Sandra Dzīvīte**, tālr. 29111340
- 3.2.3. Apmaksāt Piegādātāja iesniegtos rēķinus atbilstoši līguma punktā Nr.4 fiksētajai apmaksas kārtībai.

### **4. Apmaksas kārtība.**

- 4.1. 20% priekšapmaksā no Līguma 1.3.punktā minētās līgumsummas 10 dienu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas un priekšapmaksas rēķina saņemšanas.
- 4.2. 80 % pēcapmaksā no Līguma 1.3.punktā minētās līgumsummas pēc medicīnas iekārtas pieņemšanas – nodošanas ekspluatācijā 30 dienu laikā.
- 4.3. Īpašuma tiesības attiecībā uz Precēm pāriet uz Pasūtītāju pēc attiecīgo Preču apmaksas pilnā apmērā.

### **5. Sankcijas, zaudējumu atlīdzināšana.**

- 5.1. Par katru nokavēto Preces piegādes dienu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Piegādātājam maksāt līgumsodu 0.5% apmērā no Preces vērtības, taču ne vairāk kā 10% no šī līguma summas.
- 5.2. Par katru nokavēto apmaksas dienu Piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no neapmaksātās summas, taču ne vairāk kā 10% no šī līguma

summas.

- 5.3. Ja Piegādātājs kavē Preču piegādi vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no šī līguma 3.1.1.punktā minētā termiņā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to Piegādātājam. Šajā gadījumā Piegādātājam trīs dienu laikā jāsamaksā Pasūtītājam līgumsods 10% (desmit procenti) apmērā no līguma summas bez PVN.
- 5.4. Katra Puse ir finansiāli atbildīga par visiem tiešajiem zaudējumiem, kas radušies citai līgumslēdzēja Pusei kopumā līdz līguma summai.
6. Piegādātājs nekādā gadījumā un apstākļos nav atbildīgs par jebkuriem ražošanas zaudējumiem, peļņas zaudējumu, kapitāla izmaksām, finansējuma izmaksām, jebkuriem ekspluatācijas izmaksu pieaugumiem, procentu ieņēmumu, ienākumu vai sagaidāmo uzkrājumu zaudējumiem, vai tādiem bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas radušies Pasūtītāja trešo pušu līgumu rezultātā vai par jebkuriem netiešiem vai izrietošiem bojājumiem vai zaudējumiem.

## 7. Nepārvaramā vara.

- 7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
- 7.2. Pusei, kas atsauca uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei, pievienojot Puses rīcībā esošos pierādījumus par nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanos. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņu uzskata, ir iespējama un paredzama viņu līgumā paredzēto saistību izpilde.

## 8. Līguma darbības laiks.

- 8.1. Līgums stājas spēkā no 2015. gada 19.maija un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei – no iekārtas Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža 24 kalendāros mēnešus.

## 9. Nobeiguma noteikumi

- 9.1. Neviena Puse bez otras šī Līguma Puses iepriekš sniegtas rakstiskas piekrišanas nedrīkst nedz piešķirt, nedz citādi nodot šo Līgumu, kā arī nedrīkst piešķirt un deleģēt kādu no tiesībām un pienākumiem, izņemot gadījumus, kad Piegādātājs pilnībā vai daļēji var piešķirt šo Līgumu un/vai savas no šī Līguma izrietošās tiesības un pienākumus vai pagarināt šo Līgumu bez otras Puses piekrišanas:
  - 9.1.1. *Izpildītāja* filiālei; vai
  - 9.1.2. trešajai personai – tiesību pārņēmējam attiecībā uz visām uzņēmējdarbības interesēm vai to daļu saistībā ar šo Līgumu, ja tam iemesls ir;
    - 9.1.2.1. īpašumtiesību maiņa (tostarp akciju pirkšana, apvienošanās vai konsolidācija) un/vai
    - 9.1.2.2. visu to aktīvu vai būtiskas to daļas un/vai visa uzņēmuma vai tā daļas pārdošana, kas ir saistīti ar šo Līgumu; un/vai
    - 9.1.2.3. saistīts ar jebkura veida atdalīšanu, sadalīšanu, konsolidāciju, atsavināšanu, likvidēšanu un jebkāda cita veida biznesa apvienošanu vai reorganizāciju, tajā skaitā, bet ne tikai kopuzņēmumu dibināšanu bez ierobežojumiem; un/vai
    - 9.1.2.4. cits iemesls.
- 9.2. „Filiāle” nozīmē jebkuru korporāciju, uzņēmumu vai citu organizāciju, kas šobrīd vai nākotnē tieši vai netieši pieder uzņēmumam Siemens vai ko kontrolē uzņēmums Siemens, vai kas pieder Siemens pārraudzītājiem, vai kas ir pakļauts Siemens pārraudzītāju

kontrolei vai ko kontrolē kopā ar uzņēmumu Siemens. Šīs definīcijas izpratnē korporācijas, uzņēmuma vai citas organizācijas „kontrolē” nozīmē tiešas vai netiešas pilnvaras virzīt vai ļaut virzīt korporācijas, uzņēmuma vai citas organizācijas pārvaldību un politiku, izmantojot (i) to, ka rīcībā ir balsstiesīgi vērtspapīri, kas dod tiesības vēlēties vai tieši vai netieši iecelt direktoru padomes vai līdzīga vadības orgāna vairākumu, (ii) līgumu vai (iii) citādi.

- 9.3. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
- 9.4. Līgums var tikt papildināts vai grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup> panta nosacījumiem. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās protokola veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļām.
- 9.5. Parakstīšanas brīdī līgums ir sastādīts uz 3 (trim) lapām ar diviem pielikumiem, divos autentiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja.
- 9.6. Pieņemšanas – nodošanas akti, defekta akti, ja tādi tiek sastādīti, ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 9.7. Ar šo līgumu ir noteikta pilnīga Pušu vienošanās, un pēc tā parakstīšanas tas aizstāj un atsaucas visas iepriekšējās mutiskās un rakstiskās vienošanās, sarunas, dokumentus un korespondenci starp Pusēm saskartā ar līguma priekšmetu.

#### 9. Pušu rekvizīti un paraksts:

##### PASŪTĪTĀJS

SIA „Bauskas slimnīca”  
Reģ. Nr. 43603017682  
Dārza ielā 7/1, Bauska,  
Bauskas novads, LV-3901  
A/S „SEB BANKA”  
Konts: LV54UNLA0029700142810  
Kods: UNLAV2X

Valdes locekle Mirdza Brazovska

Zv.

2015.gada 18.maijā



##### PIEGĀDĀTĀJS

Siemens Osakeyhtiö Latvijas filiāle  
Vienotais reģ Nr. LV40103246186  
Biroju iela 10, Lidosta "Rīga",  
LV-2167 Mārupes novads  
Tālr. 67015500; fakss 67015501  
Norēķinu rekvizīti:  
Nordea Bank Plc Latvijas filiāle  
SWIFT: NDEALV2X  
Konts Nr. LV93NDEA0000080011462 (EUR)

Pilnvarotā persona Gundars Ziemānis

Pilnvarotā persona Maija Baumanē

Zv.

2015.gada 18.maijā



### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nr.p.k.	Prasības	Prasības izpilde
	Iekārtas ražotājs:	Siemens
	Iekārtas modelis:	
	Iekārtas ražošanas gads	2015. gads
<b>1</b>	<b><i>Vispārējās prasības datortomogrāfijas iekārtai pēc modernizācijas</i></b>	<b><i>1.gab.</i></b>
1.1	Izmēri, kas atbilst Bauskas slimnīcas CT iekārtai paredzētajam kabinetam, iesniegt izvietojuma skici	obligāta
1.2	Pilna iekārtas dzesēšanas sistēma un ir iekļautas piegāžu apjomā	pievienot risinājuma aprakstu
1.3	Iekārtas gentrīja svars	ne vairāk kā 1300 kg
<b>2</b>	<b><i>Gentrījs pēc modernizācijas</i></b>	
2.1	Griezumu skaits pilnā rotācijā	ne mazāk kā 16
2.2	Detektora fizisko elementu skaits	ne mazāk kā 17 500
2.3	Detektora kopējais rindu skaits	ne mazāk kā 24 rindas
2.4	Skanējuma lauks (FOV)	ne mazāk kā 50 cm
2.5	Gentrīja atvērums	ne mazāk kā 70 cm
2.6	Automātiskas pozīcijas iestatīšanas iespējas gentrijā	obligāta
2.7	Elpošanas aiztures atlikušā laika indikācija gentrijā atvērumā kurlmēmam pacientam	obligāta
2.8	Gentrijā integrēts krāsains monitors kV, mA, skenēšanas laika, galda pozīcijas sagāzuma leņķa, pacienta vārda un identifikācijas attēlošanai	obligāta
<b>3</b>	<b><i>Generators un RTG spuldze</i></b>	
3.1	Generators jauda	ne mazāk kā 50 kW
3.2	Generators ekvivalentā jauda, izmantojot iteratīvo rekonstrukciju	ne mazāk kā 75 kW
3.3	Maksimālā strāva	ne mazāk kā 345 mA
3.4	Ekvivalentā maksimālā strāva, izmantojot iteratīvo rekonstrukciju	ne mazāk kā 625 mA
3.5	Anoda siltumietilpība	ne mazāk kā 5 MHU
3.6	Ekvivalentā anoda siltumietilpība, izmantojot iteratīvo rekonstrukciju	ne mazāk kā 8.5 MHU
3.7	Automātiskā strāvas modulācija izmeklēšanas laikā saņemtais staru devas samazināšanai	obligāta

3.8	Anoda gultņojums, izmantojot šķidrumu	obligāta
3.9	Izejas sprieguma diapazons	ne mazāk kā no 80 līdz 130 kV
<b>4</b>	<b><i>Pacienta galds pēc modernizēšanas</i></b>	
4.1	Celtspēja	ne mazāk kā 200 kg
4.2	Kustības ātrums gareniskā virzienā	ne mazāk kā no 1 līdz 100 mm/s
4.3	Skanēšanas virsmas laukums (brīvs no metāliem)	ne mazāks par 153 cm
4.4	Vertikālās kustības diapazons	ne mazāk kā 350 mm
4.5	Minimālais galdā attālums no grīdas	ne augstāk kā 500 mm
4.6	Galda vadība	no gentryja un no vadības pults
4.7	Pacienta novietošana izmeklēšanas laukā ar automātisku apstāšanos ISO centra.	obligāta
<b>5</b>	<b><i>Skānēšanas parametri pēc modernizēšanas</i></b>	
5.1	Minimālais skānēšanas laiks pilnam 360° apgriezīenam	ne ilgāk kā 0.6 sekundes
5.2	Detektora maksimālais pārklājums (kolimācija) izocentrā 16 griezumū režīmā, ar pakāpes faktoru (pitch) 1	ne mazāk kā 20 mm ar pielaidi ± 1
5.3	Minimālais griezumū šķēles platums 16 griezumū režīmā (spirāle un sekvence)	ne lielāks kā 0.625 mm
5.4	Spirāles izmeklējumū maksimālais laiks	ne mazāk kā 100 sekundes
5.5	Pakāpes faktors (pitch)	robežās ne mazāk kā no 0.5 līdz 1.5
5.6	Modificējami un uzglabājami skānēšanas protokoli	obligāta
<b>6</b>	<b><i>Attēlošanas parametri pēc modernizēšanas</i></b>	
6.1	Attēla rekonstrukcijas matrica	ne mazāk kā 512 x 512 pix
6.2	Attēlošanas matrica	ne mazāk kā 1024 x 1024 pix
6.3	Attēlu rekonstrukcijas ātrums	ne mazāk kā 15 attēli sekundē
6.4	HU skalas diapazons	robežās ne mazāk kā no -10 000 līdz +30 000 HU
6.5	Zemā kontrasta izšķiršana	ne mazāka kā 5 mm pie kontrasta 0.3%
6.6	Zemā kontrasta deva pie maksimālās zema kontrasta izšķirtspējas	ne lielāka par 14 mGy
6.7	Aksiālā augstā kontrasta izšķiršana pie 0% MTF	ne mazāk kā 18 ar pielaidi ± 1 lpp/cm
<b>7</b>	<b><i>Datora daļa pēc nomaiņas</i></b>	
7.1	Dators	apriķots ar vairāku kodolu procesoru
7.2	Operatīvā atmiņa	ne mazāk kā 8 GB

7.3	Cietā diska ietilpība	ne mazāk kā 1 000000 attēlu ietilpībai
7.4	Monitors	ne mazāk kā divi 19" LCD monitori
7.5	Monitora izšķirtspēja	ne mazāk kā 1280 x 1024 pix
7.6	Attēlu sūtīšanas funkcija (DICOM), DICOM Send	obligāta
7.7	CD-R/DVD diskdzinis	obligāta
7.8	Attēlu izdrukas funkcija	DICOM 3.0 PRINT standarts
<b>8</b>	<b>CT un vadības konsoles aprīkojums</b>	
8.1	Pacienta datu ievade	personas kods; vārds; uzvārds ar iespēju pieslēgties slimnīcas RIS/PACS un "worklist" protokolam
8.2	Rentgena stara kustības izsekošanas programma pacientu apstarošanas devas samazināšanai	obligāta
8.3	Pacientu apstarošanas devas reportā printēšanas iespēja	obligāta
8.4	Automātiskā kontrasta noteikšana un trigerēšana reālā laikā. Automātiska skanēšanas uzsākšana pēc HU vienības sasniegšanas	obligāta
8.5	Bērnu izmeklēšanas protokols	obligāta
8.6	Jēldatu rekonstrukcijas iespēja ar iespēju mainīt šķēles biežumu (RetroRecon)	obligāta
8.7	Automātiska attēlu saglabāšana, nosūtīšana un filmēšana	obligāta
8.8	Automātiska balss (AutoVoice) integrēta sistēma	obligāta
8.9	MPR, MIP	obligāta
8.10	Volume Rendering	obligāta
8.11	Devas optimizēšana, balstoties uz plānojumu un iesakot zemāko mA vērtību	obligāta
8.12	CT angiogrāfijas programma uz CT, ar to saprotot vismaz kaulu noņemšanas funkcionalitāti 3D režīmā	obligāta
8.13	Citas kompjūtertomogrāfa papildus iespējamās attēlu apstrādes un rekonstrukcijas programmas, kas ietilpst piedāvājumā	uzrādīt, ja tādas ir iekļautas komplektācijā
8.14	Iteratīvās rekonstrukcijas algoritms un atbilstoša rekonstrukcijas aparātūra devas samazināšanai	obligāta

8.15	CT angiogrāfijas programma, ar to saprotot vismaz ātru 3D automatizētu kaulu un galda attēlu novākšanu; asinsvadu segmentēšanu, mērīšanu u.c.	obligāta
<b>Papildus prasības</b>		
9.1	Iekārtas kalibrēšana, elektrodrošības pārbaude (inspicēšana) un telpu dozimetrijas mērījumi pie iekārtas instalācijas	iekļaut piedāvājuma cenā
9.2	Datortomogrāfijas iekārtas nomaināmajām komponentēm jābūt jaunām	pievienot apliecinājumu
9.3	Personāla apmācība uz vietas (ne mazāk kā viena darba nedēļa (40 stundas))	iekļaut piedāvājuma cenā
9.4	Ārsta apmācība ārzemēs	Obligāta
9.5	Mācību literatūra – viena vienība	obligāta
9.6	Lietošanas instrukcijai jābūt valsts valodā, CD formātā	obligāta
9.7	Iespēja papildināt programmnodrošinājumu iekārtas ekspluatācijas laikā, kā arī 3 mēnešus lietot specializētās programmas bez maksas	iekļaut piedāvājuma cenā
9.8	Attālināta CT servisa pieslēguma nodrošinājums	iekļaut piedāvājumā (pievienot apliecinājumu)
9.9	Telpu plāna saskaņošana ar Radiācijas drošības centru (radiācijas drošības ekspertu)	iekļaut piedāvājumā (pievienot apliecinājumu)
9.10	Datortomogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana telpās ietilpst piegādes apjomā	pievienot apliecinājumu
9.11	Iekārtai jābūt CE marķējuma zīmei	pievienot CE sertifikāta apliecinātu kopiju
9.12	Piegādātājam jāiesniedz ražotāja autorizāciju apliecināšanu dokumentāciju (tiesības pārdot, piegādāt, uzstādīt, sniegt servisa pakalpojumus Latvijas teritorijā); jābūt servisa nodrošinājuma centram Latvijā	pievienot autorizācijas dokumentu apliecinātas kopijas un apliecinājumus
9.13	CT kabineta dīkstāve iekārtas uzlabošanas un atļauju saņemšanas laikā nedrīkst pārsniegt 5 (piecas) darba dienas.	
<b>10 Garantijas nosacījumi</b>		
10.1	24 mēnešu garantija no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža, ieskaitot RTG spuldzi, bez papildus ierobežojumiem	obligāta
10.2	Garantijas laikā nodrošināt ne mazāk kā 4 bezmaksas apkopes	(pievienot veicamo darbu sarakstu); pievienot apliecinājumu



10.3	4 stundu reakcijas laiks uz saņemtu pieteikumu par datortomogrāfa bojājumu; bojājumu novēršanas laiks ne vairāk kā divas darba dienas	iekļaut piedāvājumā (pievienot apliecinājumu)
------	---	---

**Pielikums Nr. 2**  
Iepirkuma līgumam Nr.2-13/54  
no 2015.gada 18.maija

**SIA „Bauskas slimnīca”**

**AKTS**  
Bauskā

2015.gada \_\_\_\_\_.

**PAR MEDICĪNAS IEKĀRTAS PIENĒMŠANU – NODOŠANU EKSPLUATĀCIJĀ**

SIA „Bauskas slimnīca”, reģ. Nr. 436030187682, turpmāk saukts Pircējs, tās valdes locekles Mirdzas Brazovskas personā, no vienas puses un Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle, reģ. Nr.40103246186, turpmāk saukts Pārdevējs, tās \_\_\_\_\_ personā no otras puses, ar šo pieņemšanas – nodošanas aktu apliecina sekojošo:

1. Pircējs ir pieņēmis, bet Pārdevējs ir nodevis un uzstādījis šādu ierīci (-es):

Nr.	Iekārtas nosaukums, modelis	Ražotāja nosaukums
1.		SIEMENS
2.		SIEMENS
3.		SIEMENS

2. Pircējs apliecina, ka Pārdevējs ir piegādājis augstāk minēto precī atbilstoši līgumam Nr.2-13/54 un pavadzīmei Nr. \_\_\_\_\_ no 2015. gada \_\_\_\_\_ par kopējo summu 209935.00 EUR, ieskaitot PVN 21% 36435.00 EUR.

3. Prece ir uzstādīta un pārbaudīta. Preces uzstādīšanu veica Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāles iekārtu inženieris \_\_\_\_\_.

4. Iekārtai komplektācijā ietilpst dokumentācija, kas ietver informāciju par ierīci no ražotāja, t.sk. ekspluatācijas noteikumus un lietošanas instrukciju latviešu valodā un ir veikta darbības izskaidrošana lietotājam attiecībā uz konkrēto medicīnisko ierīci.

5. 2015.gada \_\_\_\_\_ ir uzsākta un 2015.gada \_\_\_\_\_ ir pabeigta darbinieku apmācība praktiskās darbībās ar iekārtu. Apmācību veicis Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāles iekārtu inženieris \_\_\_\_\_.

6. Pārdevējs nodrošina medicīniskās iekārtas tehnisko apkalpošanu noteiktajā garantijas laikā un ražotāja pazīmotajā medicīniskās ierīces resursu periodā.

7. Ierīce ir sertificēta atbilstoši ES ražošanas prasībām.

Nodēva: Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle

\_\_\_\_\_  
Vārds, uzvārds

\_\_\_\_\_  
paraksts

Pieņēma: SIA „Bauskas slimnīca” \_\_\_\_\_