

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 5-54/21

Bauskā,

2014.gada 31. martā

SIA „Bauskas slimnīca”, kas darbojas uz statūtu pamata, tās valdes locekļa Uģa Zeltiņa personā, turpmāk šajā līgumā saukta Ārstniecības iestāde, no vienas puses, un **SIA „AMRID”**, tās valdes locekļa Mārtiņa Meldrāja personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk šajā līgumā saukts Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses, pamatojoties uz Iepirkuma „Aprīkojuma iegāde aprūpes nodaļai”, identifikācijas Nr. BS 2014/1, rezultātiem izsakot to šādā redakcijā:

1. Līguma priekšmets, tā vērtība.**1.1. Līguma priekšmets ir:**

Nr.	Piedāvātā prece	Piedāvātās preces ražotāja nosaukums.	Skaits gab.	Vienības cena EUR bez PVN	Summa EUR bez PVN
1.	Elektriski regulējama pacienta gulta MOBILIA CASA	Muller, Vācija	1	3450.00	3450.00
2.	Funkcionālās pacientu gultas Eleganza 1	Linet, Čehija	9	1450.00	13050.00
3.	Pacienta skapīši Eleganza Classic	Linet, Čehija	10	400.00	4000.00
4.	Funkcionālās bērnu gultas TOM 2	Linet, Čehija	2	1520.00	3040.00
5.	Mobils pacientu pacēlājs ar elektromotoru, piemērots izmantošanai arī pacienta gaitas apmācībai HILL Room/ LIKO Viking M.	HILL – Rom Company, ASV	1	5730.00	5730.00
Kopā bez PVN:					29270.00
PVN 12%					2824.80
PVN 21%					1203.30
Pavisam kopā:					33298.10

1.2. (turpmāk – Prece), atbilstoši 1.pielikumā noteiktajai tehniskajai specifikācijai. Preces cena sevī ietver piegādes, uzstādīšanas un Pasūtītāja darbinieku apmācības darbam ar Preci, izmaksas, kā arī visus nodokļus, nodevu un citus maksājumus uz piegādes brīdi.

1.3. Piegādājamo Preču cena ieskaitot visus normatīvajos aktos paredzētos maksājumus ir **33298.10 EUR**, (Trīsdesmit trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi EUR 10 centi), tai skaitā 12 % PVN 2824.80 EUR, (Divi tūkstoši astoņi simti divdesmit četri EUR 80 centi) un 21 % PVN 1203.30 EUR, (Viens tūkstotis divi simti trīs EUR 30 centi), kas saskan ar iepirkuma „Aprīkojuma iegāde aprūpes nodaļai”, identifikācijas Nr. BS 2014/1, nosaukto cenu.

1.4. Piegādāto preču garantijas termiņš no nodošanas ekspluatācijā ir 24 mēneši.

1.5. Preces ir jāpiegādā SIA „Bauskas slimnīca” pēc adreses: Dārza ielā 7/2, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.

2. Preču kvalitāte.

2.1. Piegādāto Preču kvalitātei ir jāatbilst izgatavotājrūpnīcas noteikumiem.

2.2. Par piegādāto Preču labvēlību un kvalitātes atbilstību atbild Piegādātājs.

2.3. Par Preču kvalitātes zudumiem, kuri radušies pēc Preču nodošanas Pasūtītājam, atbild Pasūtītājs.

2.4. Pieņemot piegādātās Preces, Pasūtītājam ir jāpārbauda piegādātās Preces atbilstība pasūtījumam un pavadzīmei – rēķinam ir jāizdara atzīmes par Preces pieņemšanu uz viena no Preču pavadzīmes – rēķina eksemplāriem, kurš tiek atdots Piegādātājam. Ar šo brīdi

Pasūtītājam pāriet valdījuma tiesības un Preču nejaušas bojāejas vai bojāšanās risks.

- 2.5. Preču pavadzīmē - rēķinā iekļauj tikai tās preces, kas ir piegādātas uz šī līguma pamata un pavadzīmē obligāti jābūt uzrādītam šī līguma numuram.
- 2.6. Ja pieņemot Preces Pasūtītājs atklāj iztrūkumu, bojājumus, neatbilstību kvalitātei vai cita veida neatbilstību šī Līguma nosacījumiem un/vai pavadzīmēm, Pasūtītājs un Piegādātāja pilnvarots pārstāvis sagatavo atbilstības aktu.
- 2.7. Piegādātāja pienākums ir 24 stundu laikā nosūtīt pārstāvi apstākļu noskaidrošanai vai arī paziņot Pasūtītājam par pretenzijas atzīšanu un ja Prece ir bojāta, dod norādījumus par rīcību un bojāto Preci.
- 2.8. Kvalitātei neatbilstīgu Preci Pasūtītājs var pieņemt glabāšanā, līdz tā tiek apmainīta pret kvalitatīvu. Šajā gadījumā Piegādātājs sedz izdevumus, kas saistīti ar nekvalitatīvas Preces atgriešanu vai apmaiņu.
- 2.9. Pasūtītāja pretenzijas par Preču kvalitāti, kuras radušās pēc Preču pieņemšanas, un kuras nav izskaidrojamas ar Preču glabāšanas vai lietošanas tehnoloģijas kļūdām, Piegādātājs pieņem tikai gadījumos, ja tiek iesniegts kompetents, neatkarīgu ekspertu slēdziens.

3. Pušu saistības.

3.1. Piegādātāja saistības.

- 3.1.1. Veikt Preces piegādi 6 (sešu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas.
- 3.1.2. Veikt Preces piegādi SIA „Bauskas slimnīca” aprūpes nodaļai, Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads.
- 3.1.3. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādātās Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
- 3.1.4. Nodot Preci Pasūtītājam ar Līguma 2.pielikumā pievienoto aktu par medicīnas ierīces pieņemšanu – nodošanu ekspluatācijā.
- 3.1.5. Nodrošināts medicīniskās ierīces lietotāja apmācību.
- 3.1.6. Nodrošināt medicīniskās ierīces lietošanas instrukcijas un tehniskās specifikācijas latviešu valodā nodošanu un izskaidrošanu lietotājam attiecībā uz konkrēto medicīnisko ierīci.
- 3.1.7. Nodrošināt medicīniskās ierīces tehnisko apkalpošanu noteiktajā garantijas laikā.
- 3.1.8. Atbildīgā amatpersona šā līguma ietvaros no Piegādātāja puses ir Mārtiņš Meldrājs, tālr.: +371 29146596.

3.2. Pasūtītāja saistības:

- 3.2.1. Veikt Piegādātāja Preču lietošanas un glabāšanas prasību izpildi.
- 3.2.2. Kontaktpersonas šī līguma ietvaros no Pasūtītāja puses ir **Sandra Drozdovska**, tālr. **63924696**.
- 3.2.3. Apmaksāt Piegādātāja iesniegtos rēķinus atbilstoši līguma punktā Nr.4 fiksētajai apmaksas kārtībai.

4. Apmaksas kārtība.

- 4.1. 100% pēcapmaksa pēc piegādes veikšanas 30 dienu laikā.

5. Sankcijas, zaudējumu atlīdzināšana.

- 5.1. Par katru nokavēto Preces piegādes dienu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Piegādātājam maksāt līgumsodu 0.5% apmērā no Preces vērtības, taču ne vairāk kā 10% no šī līguma summas.
- 5.2. Par katru nokavēto apmaksas dienu Piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no neapmaksātās summas, taču ne vairāk kā 10% no šī līguma summas.

5.3. Ja Piegādātājs nav veicis Preču piegādi šī līguma 3.1.1.punktā minētajā termiņā, tad

5

Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to Piegādātājam. Šajā gadījumā Piegādātājam trīs dienu laikā jāsamaksā Pasūtītājam līgumsods 10% (desmit procenti) apmērā no līguma summas bez PVN.

- 5.4. Katra Puse ir finansiāli atbildīga par visiem zaudējumiem, kas radušies citai līgumslēdzēja Pusei ļaunprātības, kā arī rupjas vai vieglas neuzmanības rezultātā.

6. Nepārvaramā vara.

- 6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
- 6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei, pievienojot Puses rīcībā esošos pierādījumus par nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanos. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņu uzskata, ir iespējama un paredzama viņu līgumā paredzēto saistību izpilde.

7. Līguma darbības laiks.

- 7.1. Līgums stājas spēkā no 2014. gada 04. aprīļa un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

8. Nobeiguma noteikumi.

- 8.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
- 8.2. Līgums var tikt papildināts vai grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta nosacījumiem. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās protokola veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļām.
- 8.3. Parakstīšanas brīdī līgums ir sastādīts uz 3 (trijām) lapām ar diviem pielikumiem divos autentiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja.
- 8.4. Pieņemšanas – nodošanas akti, defekta akti, ja tādi tiek sastādīti, ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 8.5. Ar šo līgumu ir noteikta pilnīga Pušu vienošanās, un pēc tā parakstīšanas tas aizstāj un atsaucas visas iepriekšējās mutiskās un rakstiskās vienošanās, sarunas, dokumentus un korespondenci starp Pusēm saskartā ar līguma priekšmetu.

9. Pušu rekvizīti un paraksts:

ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDE

SIA „Bauskas slimnīca”
Reģ. Nr. 43603017682
Dārza ielā 7/1, Bauska,
Bauskas novads, LV-3901
A/S „SEB BANKA”
Konts: LV54UNLA0029700142810
Kods: UNLAV2X

Valdes loceklis: Uģis Zeltiņš
2014.gada 04. aprīlī

PIEGĀDĀTĀJS

SIA “AMRID”
Reģ. Nr. 40103271732
Ūnijas iela 12, Rīga, LV-1084
AS DNB Banka
Konts: LV77RIKO0002013156410
Kods: RIKOLV2X

Valdes loceklis: Mārtiņš Meldrājs
2014.gada 04. aprīlī



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Pasūtītāja prasības
1.	Elektriski regulējama pacienta gulta – 1 (viena) gab.
1.1.	Elektriski regulējama augstuma maiņa
1.2.	Matrača platforma četrdaļīga no koka, iespējams brīvi pagriezt matrača platformu uz abām gultas pusēm, lai atvieglotu pacienta izkāpšanu un iekāpšanu gultā, krēsla funkcija uz abām gultas malām
1.3.	Pārvietojama ar četriem individuāli bloķējamiem riteņiem
1.4.	Ārējie izmēri ne mazāki kā 210 x 102 cm un ne lielāki kā 215 x 105 cm
1.5.	Matrača platforma 90 ± 0,5 cm x 200 ± 0,5 cm
1.6.	Elektriski regulējams gultas augstums no 40 ± 1 cm līdz 80 ± 1 cm
1.7.	Noņemamas un ērti nolaižamas koka sānu malas
1.8.	Celtspēja ne mazāka kā 150 kg
1.9.	Mugurdaļas leņķis elektriski regulējams no 0° līdz ne mazāk 70°
1.10.	Kāju leņķis elektriski regulējams no 0° līdz ne mazāk kā 20°
1.11.	Elektriski regulējams matrača platformas slīpums kāju daļā ne mazāk kā 11° (trendelenburga pozīcija)
1.12.	Gultas galvgaļa stūrī ierīkots grozāms pacelšanās statnis no metāla
1.13.	Elektriski regulējama gultas vadības pults ar iespēju bloķēt visas gultas pozicionēšanas funkcijas ar magnētisku atslēgu
1.14.	Gultas gali veidoti tā, lai gultas motori būtu nosegti
1.15.	Elektriski regulējamai funkcionālai pacientu gultai jāatbilst Medicīnisko Produktu Direktīvai 93/42/EEC, pievienot ražotāja apliecinājuma kopiju.
1.16.	Piedāvājumam atsevišķi pievienota ražotāja izdotu datu brošūru (angļu valodā bez tulkojuma latviski) ar norādītiem tehnisko specifikāciju prasību punktiem.
1.17.	I pakāpes pret izgulējumu matracis ar mitrumu necaurlaidošu pārvalku.
1.18.	pārvalks - ūdensnecaurlaidīgs materiāls, elpojošs, kas nepieļauj ādas svīšanu
1.19.	matrača pārvalka mazgāšanas temperatūra līdz 90°C
1.20.	Matrača pārvalks atverams un aizverams ar ūdensnecaurlaidīgu rāvēj slēdzi
1.21.	Izmēri: garums 200 x 86 x 14 cm ± 0,5 cm (garums x platums x augstums)
2.	Funkcionālās pacientu gultas-9 (deviņas) gab.
2.1.	4 - sekciju pacienta virsma 200 x 90 cm (garums x platums) ± 2 cm
2.2.	Ārējie izmēri: 218 x 99 cm (garums x platums) ± 2 cm
2.3.	Trendelenburga / antiTrendelenburg pozīcija ne mazāk kā 15°, regulējama ar elektromotoru
2.4.	Muguras un augšstilbu sekcija regulējama ar elektromotoru
2.5.	Augstuma regulācija no 37 - 73 cm ± 2 cm, regulējama ar elektromotoru
2.6.	levelkama muguras sekcija par 10 cm ± 2 cm un augšstilbu sekcija par 6 cm ± 2 cm, to pacelšanas brīdī, kas samazina izgulējumu rašanos
2.7.	Kardiopulmonārās reanimācijas pozīcija elektriski un mehāniski ar muguras / atzveltnes pozīcijas nolaišanu
2.8.	Gultas pagarinājums ne mazāk kā 15 cm
2.9.	Vertikāli nolaižamas, viendabīgas sānu margas
2.10.	Izņemams galvgālis un kājgalis ar krāsu dekoru
2.11.	Daktera rokas kontrolpults funkcijas:
2.12.	• drošības aktivizācijas poga
2.13.	• augstuma regulācija
2.14.	• matrača platformas regulācija

2.15.	• pulšu bloķēšana
2.16.	• CPR reanimācijas pozīcija
2.17.	• Trendelenburg / antiTrendelenburg pozīcija
2.18.	• drošības STOP poga
2.19.	Pacienta rokas kontrolpults funkcijas:
2.20.	• drošības aktivizācijas poga
2.21.	• augstuma regulācija
2.22.	• matrača platformas regulācija
2.23.	Drošības jostu stiprinājumu vietas
2.24.	4 riteņi, ne mazāki kā Ø 125 mm ar centrālu bremžu sistēmu
2.25.	Izbīdāms veļas turētājs kājgalī
2.26.	4 turētāji – āķi maziem aksesuāriem gultas sānu malās
2.27.	2 turētāji infūzijas statīviem vai piecelšanās stieniem
2.28.	4 stūru aizsargriņķi
2.29.	Baterija
2.30.	Celtspēja ne mazāk kā 250 kg.
2.31.	I pakāpes pret izgulējumu matracis ar mitrumu necaurlaidošu pārvalku.
2.32.	pārvalks - ūdensnecaurlaidīgs materiāls, elpojošs, kas nepieļauj ādas svīšanu
2.33.	matrača pārvalka mazgāšanas temperatūra 90°C
2.34.	Matrača pārvalks atverams un aizverams ar ūdensnecaurlaidīgu rāvēj slēdzi
2.35.	Izmēri: garums 200 x 86 x 14 cm±0,5 cm (garums x platums x augstums)
2.36.	Elektriski regulējamai funkcionālai pacientu gultai jāatbilst Medicīnisko Produktu Direktīvai 93/42/EEC, pievienot ražotāja apliecinājuma kopiju.
3. Pacienta skapīši – 10 (desmit) gab.	
3.1.	Galdiņš ir ražots no metāla konstrukcijas, pārklāts ar pulverkrāsojumu
3.2.	Galdiņa virsma, atvilktnē, durvis un izlaižamā galdiņa virsma ir ražota no augstspiediena lamināta materiāla (HPL)
3.3.	Galdiņa virsma ar uzliktām malām un pārvietošanas rokturiem
3.4.	Galdiņa sānos piestiprināts divieļa turētājs
3.5.	Atvilktnē izvietota galdiņa augšējā daļā un atverama uz abām galdiņa pusēm
3.6.	Vidusdaļa bez durvīm, atvērta tipa
3.7.	Lejas daļā nodalījums ar divām durvīm, kas atveramas no skapīša abām pusēm
3.8.	Ēdināšanas galdiņa mehānisms iebūvēts skapja korpusā un salaistā veidā ievietojams galdiņa korpusā
3.9.	Ēdināšanas galdiņa augstuma regulācijas mehānisms ar gāzu atsperu mehānismu
3.10.	Galdiņam piestiprināti četri dubultriteņi, vismaz divi riteņi bloķējami
3.11.	Izmēri:
3.12.	Augstums 860 mm ± 30 mm
3.13.	Dziļums 500 mm ± 30 mm
3.14.	Platums 515 mm ± 30 mm
3.15.	Izlaižamā galdiņā augstums: no 720-1080 mm ± 30 mm
3.16.	Elektriski regulējamai funkcionālai pacientu gultai jāatbilst Medicīnisko Produktu Direktīvai 93/42/EEC, pievienot ražotāja apliecinājuma kopiju.
4. Funkcionālās bērnu gultas – 2 (divas) gab.	
4.1.	2 - sekciju pacienta virsma 140 x 70 cm (garums x platums) ± 2 cm
4.2.	Ārējie izmēri: 155 x 83 cm (garums x platums) ± 2 cm
4.3.	Trendelenburga / antiTrendelenburg pozīcija ne mazāk kā 15°, regulējama ar elektromotoru
4.4.	Gultas augstuma regulācija no 58 līdz 83 cm ± 2 cm, regulējama ar elektromotoru
4.5.	Atzveltnes regulācija ar elektromotora palīdzību no 0-40° ±2°
4.6.	Atzveltnes pacelšanas laikā tā izbīdās vismaz par 12 cm galvgaļa virzienā, neveidojot kroku matrača locījuma vietā
4.7.	Augstuma regulācija ar 2 elektriski darbināmām teleskopiskām kolonnām

4.8.	Vertikāli nolaižamas, redeļu tipa sānu margas
4.9.	Sānu margas nolaižamas vismaz 3 pozīcijās (zemākajā, vidējā un augstākajā pozīcijā)
4.10.	Sānu margu zemākās pozīcijas līmenim jābūt vienādā augstumā ar matrača virsmas augstumu
4.11.	Sānu margu augstums 80 cm ± 2 cm
4.12.	Sānu margu atbloķēšanas mehānisms ar diviem rokturu slēdžiem
4.13.	Gultas galvgalis un kājgalis ar caurspīdīga materiāla paneļiem visā augstumā
4.14.	Daktera kontrolpults funkcijas:
4.15.	• drošības aktivizācijas poga
4.16.	• augstuma regulācija
4.17.	• matrača platformas regulācija
4.18.	• Trendelenburg / antiTrendelenburg pozīcija
4.19.	• drošības STOP poga
4.20.	4 riteņi, ne mazāki kā Ø 125 mm ar centrālu bremžu sistēmu
4.21.	Izbīdāms veļas / rotaļlietu turētājs kājgalī
4.22.	4 turētāji – āķi maziem aksesuāriem gultas sānu malās zem platformas
4.23.	Infūzijas statīvs gultas galvgalī
4.24.	4 stūru aizsargriņķi
4.25.	Gultas celtpēja ne mazāk kā 75 kg.
4.26.	Matracis ar mitrumu necaurlaidošu pārvalku
4.27.	Gulta atbilst standartam DIN 32623:2009-11
4.28.	Elektriski regulējamai funkcionālai pacientu gultai jāatbilst Medicīnisko Produktu Direktīvai 93/42/EEC, pievienot ražotāja apliecinājuma kopiju.
5.	Mobils pacientu pacelājs ar elektromotoru, piemērots izmantošanai arī pacienta gaitas apmācībai. – 1 (viens) gab.
5.1.	Ierīces svars 30 - 35 kg
5.2.	Smagākās detaļas svars nepārsniedz 16 kg
5.3.	Ierīces celtpēja nav mazāka par 200 kg
5.4.	Pagriešanās diametrs nav lielāks par 1400 mm
5.5.	Maksimālais pacelšanas augstums nav mazāks par 1750 mm
5.6.	Celšanas augstuma intervāls nav mazāks par 1200 mm
5.7.	Maksimālais pacelšanas ātrums nav mazāks par 40 mm/s
5.8.	Ierīcei ir vismaz divi celšanas ātruma režīmi
5.9.	Ierīces riteņu (pamata) platformas platums ir elektriski regulējams.
5.10.	Ierīces platums šaurākajā pozīcijā nepārsniedz 700 mm
5.11.	Ierīces augstums zemākajā pozīcijā nepārsniedz 1500 mm
5.12.	Riteņu (pamata) platformas augstums nepārsniedz 105 mm
5.13.	Riteņu (pamata) platformas garums nepārsniedz 1250 mm
5.14.	Riteņu izmērs ne mazāks par 75 mm
5.15.	Ierīces radītais trokšņu līmenis nepārsniedz 50 dB
5.16.	Ierīce ir aprīkota ar mehānisku un elektrisku avārijas nolaišanu.
5.17.	Ierīce aprīkota ar divām vadības kontrolpultīm. Viena no tām atrodas uz ierīces korpusa otra ir ar bezvadu savienojumu.
5.18.	Ierīce aprīkota ar avārijas apturēšanas slēdzi
5.19.	Vismaz 2 no riteņiem ir aprīkoti ar bremzēm
5.20.	Ierīce ir aprīkota ar papildus roku balstiem gaitas apmācībai
5.21.	Ierīce aprīkota ar iebūvētu akumulatoru un akumulatora lādētāju
5.22.	Pacelšanas siksnas (slingi) -4 gab.
5.22.1.	Standarta pacienta sikсна ar paaugstinātu muguras daļu, pacienta pacelšanai uz/no gultas, ratiņkrēsla vai grīdas. Sikсна ar papildus stiprinājumiem kāju daļā. M izmērs – 1 gab.
5.22.2.	Standarta pacienta sikсна ar paaugstinātu muguras daļu, pacienta pacelšanai uz/no gultas, ratiņkrēsla vai grīdas. Sikсна ar papildus stiprinājumiem kāju daļā. L izmērs –

	1 gab.
5.22.3.	Pacienta siksna tualetes izmantošanai. Siksna ar papildus stiprinājumiem kāju daļā. M izmērs – 1 gab.
5.22.4.	Pacienta siksna gaitas apmācībai. M izmērs – 1 gab.
5.23.	Elektriski regulējamai funkcionālai pacientu gultai jāatbilst Medicīnisko Produktu Direktīvai 93/42/EEC, pievienot ražotāja apliecinājuma kopiju.

